


Holter

Es un equipo que permite grabar el electrocardiograma de modo continuo durante 24-48 horas en un aparato que se lleva colocado en la cintura y conectado a unos electrodos pegados en el pecho. El electrocardiograma se graba en una tarjeta que se estudia después en un ordenador. Cuando se le coloque el Holter se le entregará una hoja con sus datos personales y se anotará la hora de comienzo de la grabación. Esta hoja debe rellenarse como si fuera un diario detallado, en el que debe reflejar tanto la actividad realizada como la hora en que se producen los síntomas, si los hubiera (dolor, mareo, palpitaciones), con el fin de comprobar cómo era el ECG en ese momento. Este método no le causará molestias y es de gran ayuda para diagnosticar las alteraciones del ritmo cardíaco.



Instrucciones:

- 1.- Realice una vida normal.
- 2.- No puede mojar el equipo, por tanto no puede ducharse mientras lo lleva.
- 3.- No dar golpes al equipo.
- 4.- No se despegue los electrodos del cuerpo.
- 5.- Si nota algún síntoma apriete el botón para que quede registrado.



SOCIEDAD
CANARIA DE
CARDIOLOGÍA

Diario Holter

Monitorización Electrocardiográfica Ambulatoria

Nombre	
Fecha Nacimiento	
Historia clínica	
Teléfono	

Indicación	Electrocardiograma	Medicación
<input type="checkbox"/> Síncope	<input type="checkbox"/> Ritmo sinusal	<input type="checkbox"/> Digoxina
<input type="checkbox"/> Presíncope	<input type="checkbox"/> Fibril. auricular	<input type="checkbox"/> Betabloqueantes
<input type="checkbox"/> Palpitaciones	<input type="checkbox"/> Flutter auricular	<input type="checkbox"/> Calcioantagonistas
<input type="checkbox"/> Post. EEF	<input type="checkbox"/> B. Rama Izquierda	<input type="checkbox"/> Amiodarona
<input type="checkbox"/> Fibril. auricular	<input type="checkbox"/> B. Rama Derecha	<input type="checkbox"/> Sotalol
<input type="checkbox"/> Disf. Marcapasos	<input type="checkbox"/> Ritmo Marcapasos	<input type="checkbox"/> Fármacos Ic
<input type="checkbox"/> Dolor torácico	<input type="checkbox"/> Bloqueo AV 1º/2º/3º	<input type="checkbox"/>

